indusbello
inovação para uma vida saudável

Autoclavável em até 135º C

Linha Odontológica

Produto Patenteado

Consultar Instruções de Utilização

Não Estéril

Manter Afastado da Luz do Sol

Manter Seco

Tamborel

*Os refis podem ser adquiridos separadamente

- Miniorganizador de limas endodônticas
- Formato oval
- Favorece a maior área de trabalho do mercado
- Acomoda o maior número de limas endodônticas
- Diversas cores

TAMBOREL INDUSBELLO: Medindo 70x54x42mm é o que oferece o maior campo para acomodação para limas endodônticas rotatórias e manuais do mercado. Sua altura permite acomodar limas de até 31mm, melhorando a estabilidade das mesmas. Disponível em várias cores, proporciona harmonia entre os demais produtos de seu consultório. Acompanham 02 refis para Tamborel Indusbello, com 15mm de espessura.

INDICAÇÕES: Utilizado como suporte de apoio, acondicionamento e limpeza mecânica de limas endodônticas manuais e rotatórias durante todas as fases do tratamento de canal.

INSTRUÇÃO DE USO: Autoclavar o Refil; **1&2.** Colocar o Refil sobre a base inferior do Tamborel e encaixar a parte superior. **3.** Inserir as limas que serão utilizadas durante o tratamento.

Nota: o refil deve ser descartado após o uso.

LIMPEZA: A remoção de matéria orgânica deve ser feita em cubas ultrassônicas, utilizando sabão enzimático (mínimo três enzimas) em diluição recomendada pelo fabricante. Após lavar em água corrente e observar a presença de resíduos, repetir o processo, caso persista, remover através de limpeza manual.

DESINFECÇÃO: Utilizar solução de ácido peracético a 0,2% por dez minutos.

ESTERILIZAÇÃO: Deverá ser feita através de autoclave, com temperatura de 121ºC a 135ºC, observando as recomendações do manual de instruções do fabricante da autoclave. Repetir o processo a cada uso.

ACONDICIONAMENTO: Acondicionar o produto em local exclusivo, em armários fechados, protegidos de poeira e insetos.

COMPOSIÇÃO: Resina Polissulfona e Poliuretano.

PRECAUÇÃO: Leia as instruções de rotulagem e/ou do manual do produto antes de utilizá-lo. Uso profissional. Produto indicado para esterilização em autoclave. Não encostar o produto nas paredes da autoclave. Produto não estéril – Esterilizar antes de usar. O descarte deste produto deve ser feito conforme a legislação ambiental local vigente.

PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO: 05 anos a contar da data de fabricação, em embalagem não violada. O prazo de vida útil deste produto depende dos cuidados tomados durante sua utilização. Sucessivas utilizações e esterilizações provocam a fadiga do material e limitam a vida útil. Verifique a condição deste produto antes de cada uso e faça a aquisição de um novo se observar fadiga excessiva ou risco de quebra.

Código	Descrição	Apresentação	Registro da ANVISA
109559102306	*Tamborel Azul*	*1 tamborel + 2 refis*	*I 80213429006*
109559102301	*Tamborel Bege*	*1 tamborel + 2 refis*	
109559102303	*Tamborel Lilás*	*1 tamborel + 2 refis*	
109559102308	*Tamborel Preto*	*1 tamborel + 2 refis*	
109559102307	*Tamborel Rosa*	*1 tamborel + 2 refis*	
109559102302	*Tamborel Vermelho*	*1 tamborel + 2 refis*	
109559102304	*Tamborel Verde Bebê*	*1 tamborel + 2 refis*	
109588102309	*Refil para Tamborel*	*12 Unidades*	
109588102310	*Refil para Tamborel*	*45 Unidades*	

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.
CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 **+55 (43) 3378-8300**
R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná
Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397
Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645
Indústria Brasileira

EC REP Obelis s.a
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2. 732.59.54 | Fax: +(32) 2.732.60.03
E-Mail: mail@obelis.net